

KII Ack. No/ಕೆ2 ಸಂಖ್ಯೆ : CR0625147500005917
ಪಣ ರಸೀದಿ ನಂ/ReceiptNo 2507822968
ದಿನಾಂಕ/ Date : 02-06-2025

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು
Name of Legal Metrology Officer

Manojkumar

ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
Identification No

KNT128

ನಾನು ಈ ದಿನ M/S ESSAE TERAOKA PVT LTD, Plot No 4B,BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA, BENGALURU-560099 ಇವರಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that i have this day verified and stamped the under mentioned weights,measures,etc., belonging to

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



Government of Karnataka



ಮೂಲಪ್ರತಿ 10
ನಂ 18

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

Department of Legal Metrology

LCR NO : **AC81013**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNo: **912025078526560**

ದಿನಾಂಕ / Date: **02/06/2025**

ಸ್ಥಳ /ಶಿಬಿರ/ತಾಲೂಕು

Place : (Trader Premises)

ಸತ್ಯಾಪನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / CERTIFICATE OF VERIFICATION

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ (ಜಾರಿ) ನಿಯಮಗಳು 2011 ರ

ನಿಯಮ 4 (8) (c) ಹಾಗೂ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ VIII ರಂತೆ See Rule 4(8)(c) Schedule VIII of

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules,2021



ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾದರಿ /ವರ್ಗ, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು Weights,Measures,Weighing and Measuring Instruments,Capacity,Class,Manufacturer,Type etc	ಸತ್ಯಾಪನ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Rs.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು Carriage,Conveyance adjusting charges etc., in Rs.
1	NAWI-E:- Capacity: 0.220 kg - Make: ESSAE TERAOKA - Class: Class I - Value: 0.001g Minimum Capacity 100 e - Model No: HT-224R - Digital - Serial No: 25055030	600	CPP
Grand Total		₹ 600.00	

ಉಪಯೋಗದಾರರ ಸಹ/Used By M/S ESSAE TERAOKA PVT LTD

ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on **01-06-2026**

or date after repair, before being put into use, whichever is earlier.

ಸೂಚನೆ:- ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು

- Note:-**
- 1) In the case of rejected weights,measures,etc the Legal Metrology Officer shall give separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.
 - 2) Please use LCR NO for further transactions.
 - 3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.
 - 4) This document is digitally signed, manual signature not required.

₹ ರೂ (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)

(in words) **Six Hundred only**



Assistnat Controller Of Legal Metrology, Grade-1,
Techncial, Bengaluru

Digitally signed By MANOJ KUMAR, Date: 02/06/2025