



Government of Karnataka
Department of Legal Metrology

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಶಾಸನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರೋಲಜಿ (ಇಎಂ) ನಿಯಮಗಳು 2011 ರ
/ CERTIFICATE OF VERIFICATION

ಹಣ ರಶೀದಿ ನಂ./ReceiptNo 2307820750

ದಿನಾಂಕ/ Date : 08-09-2023

ಶಾಸನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು

Name of Legal Metrology Officer

Manojkumar

ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ

Identification No

KNT128

ನಾನು ಈ ದಿನ ESSAE TERAOKA PVT LTD, Plot No 4B, Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560099 ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that I have this day verified and stamped the under mentioned weights, measures, etc., belonging to

ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅಳತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಕಾರ್ಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು Weights, Measures, Weighing and Measuring Instruments, Capacity Class, Manufacturer, Type etc	ಸತ್ಯಾಪನೆ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Rs.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು Carriage, Conveyance adjusting charges etc., in Rs.
1	NAWI-E:- Capacity: 6 kg - Make: ESSAE TERAOKA - Class: Class II - Evaluate: 0.5g Minimum Capacity 50 e - Model No: SI-850 - Digital - Serial No: SI85023407172	600	CPP
Grand Total ₹			600.00

ಉಪಯೋಗದ ಸಹಿತ/Used By ESSAE TERAOKA PVT LTD

ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನೆ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on **07-09-2024**

or date after repair , before being put into use, whichever is earlier.

ಸೂಚನೆ:- ತಿರುಚ್ಚಿತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಡುವುದು

Note:- 1) In the case of rejected weights, measures, etc the Legal Metrology Officer shall give separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.
2) Please use LCR NO for further transactions.

3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.

4) This document is digitally signed. manual signature not required.

₹ ರೂ (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)

(in words) Six Hundred only



Legal Metrology Officer

Digitally signed By MANOJ KUMAR GAJARE, Date:
08/09/2023